

TOPアナライザ取扱い説明動画

※動画は外部のサイトへ移動します (YouTube)

ファイル名	動画再生 (外部のサイトへ移動します)
構成と使用の準備 (約 2 分 3 9 秒)	
構成と使用の準備、リファレンスポインター (約 3 分 1 6 秒)	
患者顔貌撮影 (約 1 分 3 秒)	
顔貌写真の角度修正 (約 4 3 秒)	
バイトフォークへのバイトタブ装着 (約 1 分 3 9 秒)	
正中矢状平面の計測 (約 1 分 2 4 秒)	
正中矢状平面計測の確認 (約 1 分 2 6 秒)	
外耳口計測 側方面 (約 5 6 秒)	
正中矢状平面計測の水平面からの確認 (約 2 6 秒)	
リファレンスポインターでの外耳口計測 (約 1 分 9 秒)	

<p>TOP アナライザーサポートの機能</p> <p>(約 2 分 1 7 秒)</p>	
<p>咬合器装着の準備【パナデント】</p> <p>(約 2 分 1 0 秒)</p>	
<p>咬合器への装着【パナデント】</p> <p>(約 3 分 2 7 秒)</p>	
<p>咬合器への装着【カボ】</p> <p>(約 2 分 1 秒)</p>	
<p>TOP アナライザーサポートのカボ咬合器への装着準備</p> <p>(約 2 分 3 秒)</p>	
<p>カボ咬合器への装着、サポート+アナライザー</p> <p>(約 3 分 43 秒)</p>	